


OMRON®

INSTRUCTION MANUAL

EAR THERMOMETER

Model **MC-514** with IntelliTemp™



ESPAÑOL

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

Before Using the Thermometer

Introduction	3
Important Safety Notes	4
Before Taking a Measurement	5

Operating Instructions

Know Your Unit	6
Conversion °F/ °C	6
Battery Installation	7
Operating Mode	
One Second Mode	8
IntelliTemp™ Technology Mode	9

Care and Maintenance

Care and Maintenance	10
Error Indicators and Troubleshooting Tips	11
Quick Reference Guide	12
FCC Statement	13
Warranty Information	14
Specifications	15

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Omron® IntelliTemp™ MC-514 Ear Thermometer.

Fill-in for future reference

DATE PURCHASED: _____

SERIAL NUMBER: _____

Staple your purchase receipt here.

Your new IntelliTemp™ thermometer offers a safe, accurate and quick temperature reading from the ear canal. The thermometer detects the infrared heat given off by the eardrum (tympanic membrane), and surrounding tissues, and it convert this heat into an equivalent oral temperature.

No need to worry about broken glass or mercury hazards.

Talking, eating or drinking does not affect an ear temperature. These factors do affect an oral temperature.

The unit is easy to use on children and adults. Temperatures can be taken even while sleeping.

We recommend that you practice taking a temperature with the Omron® IntelliTemp™ Ear Thermometer on each member of your family when they are healthy. This way you will be confident in your technique when using the ear thermometer on a sick family member.

Contact your doctor if you have any questions regarding specific temperatures.

The MC-514 comes with the following components:

- Thermometer
- Storage Case
- 1 CR2032 Battery
- 21 Lens Covers
- Instruction Manual in English and Spanish

The MC-514 IntelliTemp™ Ear Thermometer is intended for home use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY NOTES

To assure the correct use of the product basic safety measures should always be followed including the precautions listed below:


- Read all information in the instruction book and any other literature included in the box before using the unit.
- Contact your physician for specific information about your temperature. Follow the instructions of your healthcare provider.
- Operate the unit only as intended. Do not use for any other purpose.
- Do not use a cellular phone near the unit. It may result in operational failure.
- Do not use if ear infection is present.
- Changes or modifications not approved by Omron Healthcare will void the user warranty. Do not disassemble or attempt to repair the unit or components.

BEFORE TAKING A MEASUREMENT

To ensure a reliable reading follow these recommendations.


The thermometer will not work unless a lens cover is applied correctly.

Attach a new lens cover for every reading for hygienic reasons.




Replacing Lens Cover

Use Omron® lens cover Model MC-505LC.



KNOW YOUR UNIT



CONVERSION FAHRENHEIT TO CENTIGRADE (°F/°C)

The thermometer is initially set at Fahrenheit °F.

1. In the off position with lens cover applied, press and hold the button for three (3) seconds until the “°F” flashes you will hear one beep.
2. Press button again, the “°C” flashes.
3. After five (5) seconds the unit will turn off. The desired mode has been set. Repeat the process to reverse measurement scale if desired.


NOTE: Changing the measurement scale deletes the previous measured value.

BATTERY INSTALLATION

When the battery is removed from the unit the stored reading will be deleted.

1. Remove the screw from the battery cover using a small screwdriver.
2. Open the battery cover.
3. Place the battery in the space provided.

Place the positive (+) side of the battery upwards. Insert the battery in the direction of the arrow.



4. Replace the battery cover and tighten the screw.
When the Battery Indicator appears on the display screen remove the old battery.



Remove the battery with a thin stick that is not easily breakable.

- DO NOT use any metal device.

NOTE: Dispose of any used battery in accordance with local regulations.

ONE SECOND MODE

When unit is used for the first time the “M” symbol will not be displayed.

One Second Mode

1. Press button to turn unit on.
2. When the “°F” or “°C” symbol flashes-gently insert the probe while pulling back the ear lobe this provides a direct line to the eardrum to maximize the accuracy of results.
3. Listen for ready beep (1 beep); an “0” symbol will appear indicating unit is functioning, angle is correct and thermometer is ready for measurement.
4. Press button again while unit is placed in the ear; you will hear 4 beeps which means reading is complete.


INTELLITEMP™ TECHNOLOGY MODE

Omron® IntelliTemp™ technology makes it easy and safe to use with infants and adults. IntelliTemp™ mode is recommended when the direction of the eardrum may be difficult to find such as measuring the temperature of an infant. The unit will scan the eardrum 250 per second and displays the highest temperature detected during measurement.


IntelliTemp™ Directions

Follow directions 1 through 3 for One Second Mode.

4. Slightly move the unit left and right. The unit automatically detects the temperature of the eardrum for a maximum of 10 seconds.



5. When the unit beeps twice, press the blue button-leaving probe in the ear.




6. Measurement is complete when unit beeps 4 times.
7. Remove probe from ear. Discard used lens cover, and replace with a new one, so that the unit is ready for use again.
8. To repeat measurements, wait until the “°F” or “°C” flashes.

CARE AND MAINTENANCE









- Use of lens covers is recommended to help avoid spreading germs and to keep the thermometer lens clean.
- Clean the thermometer with 70% isopropyl alcohol or clean water.
- Clean the lens by using only a soft dry cloth or cotton swab.
- Store the unit in the protective case while not in use.
- Avoid the thermometer being exposed to direct sunlight, high temperatures, high humidity and dust.
- Do not subject the unit to strong shock, drop, or step on the unit.
- Keep battery away from children.
- Do not open the thermometer except to replace the battery.

Storing your thermometer

- Keep your thermometer in the storage case after attaching a lens cover to protect the lens.



ERROR INDICATORS

SYMBOL	CAUSE	CORRECTION
	Lens cover is not on probe.	Attach the lens cover, and then take a measurement.
   	Temperature of the unit is unstable. The temperature of the unit is 50° F or below, which is outside the operating range. The temperature of the unit is 104° F or above, which is outside the operating range. High room temperature.	Be sure unit remains at room temperature where measurement will take place. Allow 30 minutes to stabilize thermometer before using. Normal range: (50° F to 104° F) (10° C to 40° C).
 	The measured temperature was above the range of the thermometer. The measured temperature was below the range of the thermometer.	The probe may not have been properly positioned in ear. The probe must be snug against opening of ear. Be sure lens cover is clean and ear canal is not blocked with earwax.
“°F” or “°C” flashes, but “0” symbol is NOT displayed.	The probe or lens cover may be dirty. Eardrum may be blocked with earwax.	Clean probe with cotton swab, replace lens cover. Remove earwax
	Low Battery.	Replace the battery. Refer to page 7 for battery installation.

TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM	CAUSES AND SOLUTIONS
No power. No display appears on the unit.	Replace worn batteries. Check the battery installation for proper placement of the battery polarities.

QUICK REFERENCE GUIDE

- Press Button. Display will illuminate for 2 seconds.
- Insert into ear.
- Listen for 1 beep.
- Press button again – wait for 4 beeps.
- Remove from ear. Read results.
- Wait 10 minutes before the 4th measurement.

FCC STATEMENT

NOTE:**POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S.A. only)**

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE

(for Canada only)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Canadian Department of Communications. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARRANTY

Limited 5 Year Warranty

Your MC-514 Omron® IntelliTemp™ Ear Thermometer, excluding the battery, is warranted to be free from defects in materials and workmanship appearing within 5 years from the date of purchase when used in accordance with the instructions provided with the unit. The above warranties extend only to the original retail purchaser.

Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under the above warranty.

To obtain warranty service contact Omron Healthcare's Customer Service by calling **1-800-634-4350** for the address of the repair location and the return shipping and handling fee. Information for warranty service is available on our website at www.omronhealthcare.com.

Enclose the Proof of Purchase. Include a letter, with your name, address, phone number, and description of the specific problem. Pack the product carefully to prevent damage in transit. Because of possible loss in transit, we recommend insuring the product with return receipt requested.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE WRITTEN WARRANTY ABOVE. Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

OMRON SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OR ANY OTHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT COSTS, EXPENSES OR DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

FOR CUSTOMER SERVICE

Visit our web site at:

www.omronhealthcare.com

Call toll free:

1-800-634-4350

SPECIFICATIONS

Name:	Omron® IntelliTemp™ Ear Thermometer
Model:	MC-514
Power source:	DC 3 Volt (lithium battery CR2032)
Battery life:	Approximately 2500 measurements
Sensor:	Thermopile
Temperature indication:	In 4 digits, every 0.1°F or °C
Accuracy:	93.2 ~ 96.7°F (34.0 ~ 35.9°C) : ±0.5°F (±0.3°C) 96.8 ~ 102.2°F (36.0 ~ 39.0°C) : ±0.4°F (±0.2°C) 102.3 ~ 108.0°F (39.1 ~ 42.2°C) : ±0.5°F (±0.3°C)
Measurement range:	93.2 to 108°F (34 to 42.2°C)
Weight:	Approx. 1.8 oz (50 g) (including the battery)
Operating temperature / humidity:	Ambient temperature: 50 to 104°F (10 to 40°C) Relative humidity: 30 to 85%
Storage temperature / humidity:	Ambient temperature: -4 to 140°F (-20 to 60°C) Relative humidity: 10 to 95%
Memory:	Memory function displays the previous reading
*ASTM Standards:	E 1965-98
Contents:	Thermometer, Storage Case, Instruction Manual, and 21 Lens Covers
Accessories:	Omron MC-505LC Lens Covers
UPC:	0 73796 33514 4

The specifications may be changed without prior notice.

* ASTM laboratory accuracy requirements for the thermometer only (not including a lens filter) in the display range of 96.8 °F to 102.2 °F (36 °C to 39 °C) for infrared thermometers is ± 0.4 °F (± 0.2 °C), whereas for mercury-in-glass and electronic thermometers, the requirements per ASTM Standards E 667-86 and E 1112-86 is ± 0.2 °F (± 0.1 °C).

Distributed by:
OMRON HEALTHCARE, INC.
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, Illinois 60015
www.omronhealthcare.com

Manufactured by Omron

Made in China


© 2005 Omron Healthcare, Inc.
514INST Rev

OMRON®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TERMÓMETRO DE OÍDO

Modelo **MC-514** con IntelliTemp™



ESPAÑOL

ÍNDICE

Antes de usar el termómetro

Introducción	3
Notas de seguridad importantes	4
Antes de tomar una medición	5

Instrucciones de funcionamiento

Conozca su unidad	6
Conversión de °F/ °C	6
Instalación de la batería	7
Modo de funcionamiento	
Modo de un segundo	8
Modo de tecnología IntelliTemp™	9

Cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento	10
Indicadores de error	11
Solución de problemas	12
Guía de referencia rápida	12
Declaración de FCC	13
Información sobre la garantía	14
Especificaciones	15

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el termómetro de oído MC-514 IntelliTemp™ de Omron®.

Complete lo siguiente para consulta futura

FECHA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE SERIE: _____

Abroche aquí su recibo de compra.

Su nuevo termómetro IntelliTemp™ brinda una lectura fácil, precisa y rápida de la temperatura del canal auditivo. El termómetro detecta el calor infrarrojo proveniente del tímpano (la membrana timpánica) y de los tejidos que lo rodean, y convierte este calor en una temperatura oral equivalente.

No es necesario preocuparse por la rotura del vidrio o los peligros de intoxicación por mercurio.

La temperatura del oído no cambia al hablar, comer o beber. Estos factores sí afectan la temperatura oral.

Tanto niños como adultos pueden usar esta unidad sin dificultades. Se puede medir la temperatura incluso mientras uno duerme.

Le recomendamos que practique cómo tomar la temperatura con el termómetro de oído IntelliTemp™ de Omron® a cada miembro de la familia cuando estén sanos. Así conocerá la técnica que deberá utilizar al emplear el termómetro de oído cuando alguno de ellos esté enfermo.

Consulte a su médico si tiene alguna duda con respecto al significado de alguna temperatura específica.

El termómetro de oído MC-514 incluye los siguientes componentes:

- Termómetro
- Estuche
- 1 batería CR2032
- 21 protectores de lente
- Manual de instrucciones en inglés y español

El termómetro de oído MC-514 IntelliTemp™ está diseñado sólo para ser utilizado en el hogar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A fin de garantizar el uso adecuado del producto, se deben aplicar siempre medidas de seguridad básicas, incluyendo las precauciones que se enumeran a continuación:

- Lea toda la información del manual de instrucciones y cualquier otro material impreso incluido en la caja antes de usar la unidad.

- Póngase en contacto con el médico para obtener información específica acerca de su temperatura. Siga las instrucciones del médico.

- Opere la unidad sólo para el uso para el cual está destinada. No la use para ningún otro propósito. La unidad debe utilizarse únicamente en el oído humano.

- No use ningún teléfono celular cerca de la unidad. Esto puede provocar fallas en el funcionamiento.

- No use el termómetro cuando el oído se encuentre infectado.


- Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados por Omron Healthcare anularán la garantía del usuario. No desarme ni trate de reparar la unidad ni los componentes.

ANTES DE TOMAR UNA MEDICIÓN

A fin de garantizar una lectura confiable, siga estas recomendaciones. El termómetro no funcionará a menos que el protector del lente se aplique correctamente.

Por razones de higiene, coloque un nuevo protector de lente antes de cada lectura.


Inserte el protector del lente hasta que escuche un clic.




Cambio del protector del lente

Use el protector de lente modelo MC-505LC de Omron®.

Retire el protector del lente.



CONOZCA SU UNIDAD



CONVERSIÓN DE GRADOS FAHRENHEIT A CENTÍGRADOS (CELSIUS) (°F/°C)

Según la configuración inicial de este termómetro, las temperaturas obtenidas se visualizan en grados Fahrenheit °F.

1. Con la unidad apagada y el protector del lente colocado, presione y mantenga presionado el botón durante tres (3) segundos hasta que el símbolo “°F” titile y escuche un bip.
2. Presione el botón nuevamente, y el símbolo “°C” titila.
3. Después de cinco (5) segundos, la unidad se apagará. Se ha configurado el modo deseado. Repita el proceso para revertir la escala de medición, si lo desea.


NOTA: Si cambia la escala de medición, se borra el valor de medición anterior.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Cuando retira la batería de la unidad, la lectura guardada se borra.

1. Retire el tornillo de la tapa de la batería usando un destornillador pequeño.
2. Vuelva a colocar la tapa de la batería.
3. Vuelva a colocar la batería en el espacio previsto.

Coloque el lado positivo (+) de la batería hacia arriba. Coloque la batería en la dirección que indica la flecha.



4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y ajuste el tornillo.
Cuando el símbolo de la batería aparece en la pantalla retire la batería vieja.



Retire la pila usando un instrumento plano que no se rompa con facilidad.

- NO use ningún dispositivo de metal.

NOTA: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas locales.

MODO DE UN SEGUNDO

Cuando la unidad se usa por primera vez, el símbolo “M” no aparece.

Modo de un segundo

1. Presione el botón para encender la unidad.
2. Cuando el símbolo “°F” o “°C” empiece a titilar, inserte suavemente la sonda mientras tira del lóbulo de la oreja hacia atrás; esto proporciona una línea directa hacia el tímpano lo que maximiza la precisión de los resultados.
3. Se escucha un sonido (1 bip) cuando la unidad está lista; aparece un símbolo “0” que indica que la unidad está en funcionamiento, que el ángulo es correcto y que el termómetro está listo para tomar una medición.
4. Vuelva a presionar el botón mientras la unidad está colocada en el oído; escuchará 4 bips, lo que significa que la lectura se ha completado.

MODO DE TECNOLOGÍA INTELLITEMP™

La tecnología Intellitemp™ de Omron® hace que los niños y adultos puedan usar este termómetro sin dificultades y de manera segura. Se recomienda usar el modo IntelliTemp™ cuando resulta difícil ubicar la dirección del tímpano como, por ejemplo, cuando se le toma la temperatura a un niño. La unidad escanea el tímpano 250 veces por segundo y muestra la temperatura más alta que se ha detectado durante la medición.


Instrucciones acerca de IntelliTemp™

Siga las instrucciones 1 a 3 para el Modo de Un segundo.

4. Desplace la unidad levemente hacia la izquierda y la derecha. La unidad detecta automáticamente la temperatura del tímpano durante un máximo de 10 segundos.



5. Cuando la unidad emite dos bips, presione el botón azul con la sonda colocada en el oído.




6. La medición se completa cuando la unidad emite 4 bips.
7. Retire la sonda del oído. Descarte el protector del lente y cámbielo por uno nuevo, de modo que la unidad esté lista para volver a ser utilizada.
8. Para repetir las mediciones, espere hasta que el símbolo “°F” o “°C” titile.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO









- Se recomienda usar protectores de lente para evitar la diseminación de gérmenes y mantener limpio el lente del termómetro.
- Limpie el termómetro con alcohol isopropílico al 70% o agua limpia.
- Limpie el lente usando un paño seco y suave o con un trozo de algodón.
- Guarde la unidad en el estuche cuando no la use.
- No exponga el termómetro a la luz solar directa, temperaturas extremas de frío o calor, humedad extrema y polvo.
- No someta la unidad a golpes fuertes, no la deje caer ni la pise.
- Mantenga la batería lejos del alcance de los niños.
- No abra el termómetro salvo para cambiar la batería.

Cómo guardar el termómetro

- Guarde el termómetro en su estuche después de colocar el protector de lente para proteger el lente.



INDICADORES DE ERROR

SÍMBOLO	CAUSA	CORRECCIÓN
	El protector del lente no está colocado en la sonda.	Coloque el protector del lente, y luego tome una medición.
   	<p>La temperatura de la unidad es inestable. La temperatura de la unidad es de 50° F o inferior, lo que está fuera del rango operativo. La temperatura de la unidad es de 104° F o superior, lo que está fuera del rango operativo.</p> <p>La temperatura ambiente es demasiado alta.</p>	Asegúrese de que la unidad esté a temperatura ambiente en el lugar donde se realiza la medición. No use el termómetro durante 30 minutos para permitir que se estabilice. Rango normal: (50° F a 104° F) (10° C a 40° C).
 	<p>La temperatura medida es más alta que la del rango del termómetro.</p> <p>La temperatura medida es más baja que la del rango del termómetro.</p>	Es posible que la sonda no esté bien ubicada dentro del oído. La sonda debe quedar ajustada contra la abertura del oído. Asegúrese de que el protector del lente esté limpio y de que el canal auditivo no esté tapado con cera.
<p>“°F” o “°C” titilan, pero el símbolo “0” NO se visualiza.</p>	<p>Es posible que la sonda o el protector del lente estén sucios.</p> <p>El tímpano puede estar tapado con cera.</p>	Limpie la sonda con un trozo de algodón, vuelva a colocar el protector del lente. Limpie la cera
	Batería baja.	Vuelva a colocar la batería. Consulte la página 7, Instalación de la batería.

SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS Y SOLUCIONES
No hay alimentación eléctrica. No se visualiza ninguna indicación en la unidad.	Cambie todas las baterías gastadas. Verifique la instalación de las baterías para ver si las polaridades de las baterías están bien colocadas.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

- Presione el botón. La pantalla se ilumina durante 2 segundos.
- Inserte la sonda en el oído.
- Espere hasta escuchar un bip.
- Vuelva a presionar el botón: espere hasta escuchar 4 bips.
- Retire la sonda del oído. Lea los resultados.
- Espere 10 minutos antes de tomar la 4ta medición.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NOTA:

POTENCIAL DE INTERFERENCIA DE RADIO/TELEVISIÓN (para EE.UU. solamente) Este producto ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC.

Estos límites fueron diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando se utilice el equipo en una instalación residencial. El producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si el producto provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorrientes que esté en un circuito distinto de aquél al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener más información.

POTENCIAL DE INTERFERENCIA DE RADIO/TELEVISIÓN

(para Canadá solamente)

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para las emisiones de ruido de radio de los dispositivos digitales como se establece en la norma con respecto a equipos que causan interferencia denominada “Dispositivos digitales”, ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable encargada del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA

Garantía limitada de 5 años

El termómetro de oído MC-514 IntelliTemp™ de Omron®, salvo la batería, está garantizado como libre de defectos en materiales y mano de obra que se presenten dentro de los 5 años a partir de la fecha de compra, si se lo usa de acuerdo con las instrucciones que se suministran con la unidad. Las garantías a las que se hace referencia anteriormente se extienden sólo al comprador minorista original.

La reparación o el reemplazo es exclusiva responsabilidad de nuestra empresa y su único recurso conforme a la garantía a la que se hace referencia anteriormente.

Para recibir el servicio de garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Omron Healthcare llamando al **1-800-634-4350** para obtener la dirección donde se realizan las reparaciones y las tarifas de envío y manipulación. La información con respecto al servicio de garantía está disponible en nuestro sitio Web en www.omronhealthcare.com.

Adjunte un comprobante de compra. Incluya una carta con su nombre, dirección, número de teléfono y la descripción del problema específico. Empaque el producto cuidadosamente para evitar que se dañe durante el traslado. Dado que existe la posibilidad de pérdida durante el traslado, le recomendamos que asegure el producto con el recibo de devolución solicitado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA POR ESCRITO PERTINENTE QUE APARECE ANTERIORMENTE. Algunas provincias no aceptan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

OMRON NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO O CUALQUIER OTRO COSTO, GASTO O DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO. Algunos estados no aceptan la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, de modo que es posible que las exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

PARA SERVICIO AL CLIENTE

Visite nuestro sitio Web en:

www.omronhealthcare.com

Llame sin cargo al:

1-800-634-4350

ESPECIFICACIONES

Nombre:	Termómetro de oído IntelliTemp™ de Omron®
Modelo:	MC-514
Fuente de alimentación:	3 voltios CC (batería de litio CR2032)
Vida útil de la batería:	Aproximadamente 2500 mediciones
Sensor:	Termopila
Indicación de la temperatura:	En 4 dígitos, cada 0.1°F o °C
Precisión:	93.2 ~ 96.7°F (34.0 ~ 35.9°C) : ±0.5°F (±0.3°C) 96.8 ~ 102.2°F (36.0 ~ 39.0°C) : ±0.4°F (±0.2°C) 102.3 ~ 108.0°F (39.1 ~ 42.2°C) : ±0.5°F (±0.3°C)
Límites de medición:	93.2 a 108°F (34 a 42.2°C)
Peso:	Aprox. 1,8 oz (50 g) (incluyendo la batería)
Temperatura ambiente operativa:	50 a 104°F (10 a 40°C)
temperatura / humedad:	Humedad relativa: 30 a 85%
Almacenamiento temperatura ambiente:	-4 a 140°F (-20 a 60°C)
temperatura / humedad:	Humedad relativa: 10 a 95%
Memoria:	La función Memoria muestra la lectura anterior
*Normas ASTM:	E 1965-98
Contenido:	Termómetro, estuche, manual de instrucciones y 21 protectores de lente
Accesorios:	Protectores de lente MC-505LC de Omron
UPC:	0 73796 33514 4

Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso.

* Los requisitos en cuanto a precisión de laboratorio ASTM para el termómetro solamente (no incluye el filtro del lente(en el rango de visualización de 96.8 °F a 102.2 °F (36 °C a 39 °C) para termómetros infrarrojos son ± 0.4 °F (± 0.2 °C), mientras que para los termómetros de mercurio y los termómetros eléctricos, los requisitos de acuerdo con las normas ASTM E 667-86 y E 1112-86 es de ± 0.2 °F (± 0.1 °C).

Distribuido por
OMRON HEALTHCARE, INC.
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, Illinois 60015
www.omronhealthcare.com

Fabricado por Omron

Hecho en China
© 2005 Omron Healthcare, Inc.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>